

“Moldovatrangaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 01-25  
SMG Ungheni  
Data: 03.02.2025

**Client:** “Vestmoldtransgaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

**Condițiile mediului ambiant:** *Temperatura* 21,4<sup>0</sup>C  
*Presiunea atmosferică:* 754 mm/Hg.

**Echipament de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:**


<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	<i>Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"</i>	<i>№ CN 2239A021</i>	<i>23/05/2025</i>
<u>2</u>	<i>Fotoelectrocolorimetru КФК-3KM</i>	<i>№ 17268</i>	<i>01/03/2025</i>
<u>3</u>	<i>Contor de gaz cu tambur, Elster Amco</i>	<i>№ 63004704</i>	<i>15/12/2025</i>
<u>4</u>	<i>Cronometru COC np-2b-2-000</i>	<i>№ 9740</i>	<i>06/12/2025</i>
<u>5</u>	<i>Barometru M-67</i>	<i>№ 3945</i>	<i>27/06/2025</i>

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea indicelor</u>	<u>Rezultatele Încercării</u>
<u>1</u>	Oxygen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,0036
<u>2</u>	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
<u>3</u>	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	< 0,0001

**Șeful laboratorului:**

/  / **D. Muntean**



*Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.  
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.*

*Tipărit în 2 exemplare:*

*1 ex. „Moldovatrangaz” SRL*

*2 ex. “Vestmoldtransgaz” SRL*



“Moldovatransgaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 03-25  
SMG Ungheni  
Data: 04.04.2025

Client: “Vestmoldtransgaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

Condițiile mediului ambiant: Temperatura 21,1<sup>0</sup>C  
Presiunea atmosferică: 748 mm/Hg.

Echipment de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"	№ CN 2239A021	<u>23/05/2025</u>
<u>2</u>	Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM	№ 17268	<u>03/03/2026</u>
<u>3</u>	Contor de gaz cu tambur, Elster Amco	№ 63004704	<u>15/12/2025</u>
<u>4</u>	Cronometru COC np-2b-2-000	№ 9740	<u>06/12/2025</u>
<u>5</u>	Barometru M-67	№ 3945	<u>27/06/2025</u>

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea indicelor</u>	<u>Rezultatele Încercării</u>
<u>1</u>	Oxigen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,0091
<u>2</u>	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
<u>3</u>	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	0,0004

Șeful laboratorului:

/  /

D. Muntean

Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.  
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.  
Tipărit în 2 exemplare:  
1 ex. „Moldovatransgaz” SRL  
2 ex. “Vestmoldtransgaz” SRL



“Moldovatrangaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 04-25  
SMG Ungheni  
Data: 02.05.2025

Client: “Vestmoldtrangaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

Condițiile mediului ambiant: *Temperatura* 22,0<sup>0</sup> C  
*Presiunea atmosferică:* 748 mm/Hg.

Echipment de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	<i>Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"</i>	<i>№ CN 2239A021</i>	<i>23/05/2025</i>
<u>2</u>	<i>Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM</i>	<i>№ 17268</i>	<i>13/03/2026</i>
<u>3</u>	<i>Contor de gaz cu tambur, Elster Amco</i>	<i>№ 63004704</i>	<i>15/12/2025</i>
<u>4</u>	<i>Cronometru COC np-2b-2-000</i>	<i>№ 9740</i>	<i>06/12/2025</i>
<u>5</u>	<i>Barometru M-67</i>	<i>№ 3945</i>	<i>27/06/2025</i>

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea indicilor</u>	<u>Rezultatele Încercării</u>
<u>1</u>	Oxigen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,005421
<u>2</u>	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
<u>3</u>	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	0,0004

Șeful laboratorului:

/  / **D. Muntean**

Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.  
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.

Tipărit în 2 exemplare:

1 ex. „Moldovatrangaz” SRL

2 ex. “Vestmoldtrangaz” SRL

**“Moldovatrangaz” SRL**  
**Laboratorul chimic**  
**de încercări**  
**2044 mun. Chișinău,**  
**str. Vadul lui Vodă, 155**  
**Tel/Fax: +(373 22) 300-422**  
**Tel: +(373 22) 300-427**

**RAPORT**  
**de încercări a gazelor naturale**  
**№ 05-25**  
**SMG Ungheni**  
**Data: 02.06.2025**

**Client:** “Vestmoldtransgaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

**Condițiile mediului ambiant:** *Temperatura* 21,0<sup>0</sup> C  
*Presiunea atmosferică:* 757 mm/Hg.


**Echipament de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	<i>Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"</i>	<i>№ CN 2239A021</i>	<i>23/05/2026</i>
<u>2</u>	<i>Fotoelectrocolorimetru КФК-3КМ</i>	<i>№ 17268</i>	<i>13/03/2026</i>
<u>3</u>	<i>Contor de gaz cu tambur, Elster Amco</i>	<i>№ 63004704</i>	<i>15/12/2025</i>
<u>4</u>	<i>Cronometru COC np-2b-2-000</i>	<i>№ 9740</i>	<i>06/12/2025</i>
<u>5</u>	<i>Barometru M-67</i>	<i>№ 3945</i>	<i>27/06/2025</i>

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea indicelor</b>	<b>Rezultatele Încercării</b>
<b>1</b>	Oxygen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,00905
<b>2</b>	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
<b>3</b>	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	0,0003

**Șeful laboratorului:**



**D. Muntean**

*Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.*  
*Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.*

*Tipărit în 2 exemplare:*  
*1 ex. „Moldovatrangaz” SRL*  
*2 ex. “Vestmoldtransgaz” SRL*

“Moldovatrangaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 06-25  
SMG Ungheni  
Data: 02.07.2025

**Client:** “Vestmoldtrangaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

**Condițiile mediului ambiant:** *Temperatura* 23,0 °C  
*Presiunea atmosferică:* 750 mm/Hg.

**Echipment de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"	№ CN 2239A021	23/05/2026
<u>2</u>	Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM	№ 17268	13/03/2026
<u>3</u>	Contor de gaz cu tambur, Elster Amco	№ 63004704	15/12/2025
<u>4</u>	Cronometru COC np-2b-2-000	№ 9740	06/12/2025
<u>5</u>	Barometru M-67	№ 3945	20/06/2026

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea indicilor</b>	<b>Rezultatele Încercării</b>
1	Oxigen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,00390
2	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
3	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	0,0004

**Șeful laboratorului:**

/  / **D. Muntean**

Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.  
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.

Tipărit în 2 exemplare:

1 ex. „Moldovatrangaz” SRL

2 ex. “Vestmoldtrangaz” SRL



“Moldovatrangaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 07-25  
SMG Ungheni  
Data: 05.08.2025

Client: “Vestmoldtransgaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

Condițiile mediului ambiant: Temperatura 26,0<sup>0</sup>C  
Presiunea atmosferică: 750 mm/Hg.

Echipment de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"	№ CN 2239A021	23/05/2026
<u>2</u>	Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM	№ 17268	13/03/2026
<u>3</u>	Contor de gaz cu tambur, Elster Amco	№ 63004704	15/12/2025
<u>4</u>	Cronometru COC np-2b-2-000	№ 9740	06/12/2025
<u>5</u>	Barometru M-67	№ 3945	20/06/2026

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea indicelor</u>	<u>Rezultatele Încercării</u>
<u>1</u>	Oxygen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,005672
<u>2</u>	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
<u>3</u>	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	0,0004

Șeful laboratorului:

/  / **D. Muntean**

Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.  
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.

Tipărit în 2 exemplare:  
1 ex. „Moldovatrangaz” SRL  
2 ex. “Vestmoldtransgaz” SRL



“Moldovatrangaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 08-25  
SMG Ungheni  
Data: 02.09.2025

**Client:** “Vestmoldtransgaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

**Condițiile mediului ambiant:** Temperatura 25,2<sup>0</sup> C  
Presiunea atmosferică: 750 mm/Hg.


**Echipament de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"	№ CN 2239A021	23/05/2026
<u>2</u>	Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM	№ 17268	13/03/2026
<u>3</u>	Contor de gaz cu tambur, Elster Amco	№ 63004704	15/12/2025
<u>4</u>	Cronometru COC np-2b-2-000	№ 9740	06/12/2025
<u>5</u>	Barometru M-67	№ 3945	20/06/2026

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea indicilor</b>	<b>Rezultatele Încercării</b>
<b>1</b>	Oxigen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,004493
<b>2</b>	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
<b>3</b>	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	0,0003

**Șeful laboratorului:**



**D. Muntean**

*Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.*

*Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.*

*Tipărit în 2 exemplare:*

*1 ex. „Moldovatrangaz” SRL*

*2 ex. “Vestmoldtransgaz” SRL*

“Moldovatrangaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 09-25  
SMG Ungheni  
Data: 03.10.2025

Client: “Vestmoldtransgaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

Condițiile mediului ambiant: Temperatura 24,3<sup>o</sup>C  
Presiunea atmosferică: 756 mm/Hg.

**Echipment de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"	№ CN 2239A021	<u>23/05/2026</u>
<u>2</u>	Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM	№ 17268	<u>13/03/2026</u>
<u>3</u>	Contor de gaz cu tambur, Elster Amco	№ 63004704	<u>15/12/2025</u>
<u>4</u>	Cronometru COC np-2b-2-000	№ 9740	<u>06/12/2025</u>
<u>5</u>	Barometru M-67	№ 3945	<u>20/06/2026</u>

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea indicelor</b>	<b>Rezultatele Încercării</b>
1	Oxigen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,004134
2	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
3	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	< 0,0001

Șeful laboratorului:



D. Muntean

Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.  
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.

Tipărit în 2 exemplare:  
1 ex. „Moldovatrangaz” SRL  
2 ex. “Vestmoldtransgaz” SRL

“Moldovatrangaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 10-25  
SMG Ungheni  
Data: 11.11.2025

Client: “Vestmoldrangaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

Condițiile mediului ambiant: Temperatura 23,0<sup>0</sup> C  
Presiunea atmosferică: 746 mm/Hg.


Echipment de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	<u>Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"</u>	<u>№ CN 2239A021</u>	<u>23/05/2026</u>
<u>2</u>	<u>Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM</u>	<u>№ 17268</u>	<u>13/03/2026</u>
<u>3</u>	<u>Contor de gaz cu tambur, Elster Amco</u>	<u>№ 63004704</u>	<u>15/12/2025</u>
<u>4</u>	<u>Cronometru COC np-2b-2-000</u>	<u>№ 9740</u>	<u>06/12/2025</u>
<u>5</u>	<u>Barometru M-6Z</u>	<u>№ 3945</u>	<u>20/06/2026</u>

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea indicelor</b>	<b>Rezultatele Încercării</b>
<b>1</b>	Oxygen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,005037
<b>2</b>	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
<b>3</b>	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	< 0,0001

Șeful laboratorului:



/ **D. Muntean**

Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.  
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.  
Tipărit în 2 exemplare:  
1 ex. „Moldovatrangaz” SRL  
2 ex. “Vestmoldrangaz” SRL

“Moldovatrangaz” SRL  
Laboratorul chimic  
de încercări  
2044 mun. Chișinău,  
str. Vadul lui Vodă, 155  
Tel/Fax: +(373 22) 300-422  
Tel: +(373 22) 300-427

**RAPORT**  
de încercări a gazelor naturale  
№ 11-25  
SMG Ungheni  
Data: 11.12.2025

Client: “Vestmoldtrangaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E  
denumirea și adresa clientului

Condițiile mediului ambiant: Temperatura 23,0<sup>o</sup>C  
Presiunea atmosferică: 756 mm/Hg.


**Echipment de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:**

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
1	Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"	№ CN 2239A021	23/05/2026
2	Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM	№ 17268	13/03/2026
3	Contor de gaz cu tambur, Elster Amco	№ 63004704	15/12/2025
4	Cronometru COC np-2b-2-000	№ 9740	06/12/2025
5	Barometru M-67	№ 3945	20/06/2026

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea indicelor</b>	<b>Rezultatele Încercării</b>
1	Oxygen (O <sub>2</sub> ), % mol.	0,00528
2	Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
3	Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	< 0,0001

Șeful laboratorului:



D. Muntean

Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.  
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.  
Tipărit în 2 exemplare:  
1 ex. „Moldovatrangaz” SRL  
2 ex. “Vestmoldtrangaz” SRL